

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL IMUNOLOGI
SIKLUS 1 DIT TAKELKESMAS-GF
PARAMETER ANTI HIV
TAHUN 2024

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal
		Siklus 1
1	Pembukaan Pendaftaran	27 Februari 2024
2	Batas akhir pendaftaran	08 Maret 2024
3	Pendistribusian Bahan Uji	30 April - 10 Mei 2024
4	Pemeriksaan Serentak	20 Mei 2024
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	24 Mei 2024
6	Feedback	24 Juni 2024
7	Banding Hasil	25 Juni – 18 Juli 2024

2. APLIKASI PME ONLINE

Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :


- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. PENANGANAN OBJEK UJI

- a. Objek Uji yang dikirimkan berupa 1 (satu) paket yang terdiri dari :
5 tabung cryotube untuk pemeriksaan anti HIV (label warna Putih).
- b. Cek kondisi tabung sampel setelah Objek Uji dikeluarkan dari pembungkusnya dan simpanlah objek uji tersebut pada suhu 2 – 8°C hingga waktu pemeriksaan (jangan disimpan didalam freezer dibekukan).
- c. Sebelum Objek Uji diperiksa, biarkan Objek Uji tersebut pada suhu kamar selama ± 30 menit, kemudian dihomogenkan dengan vortex mixer atau membolak-balikan tabung sebanyak 10 kali dan di sentrifugasi / putar dengan kecepatan 3.000 rpm selama 5 menit.

PERHATIAN : Objek Uji berasal dari manusia dan infeksius, oleh karena itu kerjakan dengan hati-hati dengan memperhatikan keamanan kerja laboratorium.

- d. Setelah selesai diperiksa : rendam sisa Objek Uji dan semua bekas peralatan pemeriksaan selama 1 malam dengan sodium hipoklorin (mengandung klorin 0,5%), kemudian dilakukan pemusnahan dalam insinerator.



4. PENGISIAN TANDA TERIMA OBJEK UJI PROFESIENSI

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil penerima, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

5. PEMERIKSAAN


Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang bertugas pada hari tersebut, bukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk pemeriksaan PME, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Objek Uji dilakukan secara serentak oleh semua laboratorium peserta. Jika objek uji diterima melebihi dari tanggal pemeriksaan serentak, maka objek uji langsung diperiksa.
- b. Pemeriksaan Objek Uji dilakukan dengan menggunakan reagen dan metode yang digunakan pada pemeriksaan rutin laboratorium Saudara.
- c. Pemeriksaan objek uji mengikuti standar pemeriksaan Anti-HIV, yaitu :
 - Reagensia yang dipakai dapat berupa reagensia yang berdasarkan prinsip Enzyme Immunoassay (EIA) atau yang bersifat *Simple/rapid test*(S/R).
 - Harus menggunakan kombinasi 3 reagen yang berbeda. Reagensia yang dipilih untuk dipakai pada pemeriksaan didasarkan pada sensitivitas dan spesifisitas tiap jenis reagensia dengan ketentuan sesuai Permenkes Nomor 23 tahun 2022 tentang

penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual, sebagai berikut:

- Reagen pertama memiliki sensitivitas minimal 99%
- Spesifisitas reagen kedua minimal 98%
- Spesifisitas reagen ketiga minimal 99%
- Persentase hasil kombinasi tidak sama (discordant) <5%

- Algoritma pemeriksaan



Bila hasil pemeriksaan Anti HIV (pertama) menunjukkan hasil NON REAKTIF, maka pemeriksaan TIDAK DILANJUTKAN.

Bila hasil pemeriksaan Anti HIV tes 1 (Pertama) menunjukkan hasil REAKTIF, maka DILANJUTKAN dengan tes ke 2 dan ke 3 (sesuai algoritma diatas) dengan menggunakan

urutan reagen, berdasarkan Sensitivitas dan Spesifisitas hasil evaluasi reagen Lab. Rujukan Nasional RSCM (terlampir).

Hasil pemeriksaan ditulis pada lembar jawaban seperti contoh berikut:

- Tes 1 : menggunakan metode Rapid dengan hasil reaktif
- Tes 2 : menggunakan metode Rapid dengan hasil reaktif
- Tes 3 : menggunakan metode EIA (cut off $\geq 0,5042$) dengan hasil reaktif 5,82

6. PENGISIAN JAWABAN DI APLIKASI PME ONLINE

- a. Pilih tanggal pemeriksaan objek uji oleh laboratorium Saudara.
- b. Pilih / Tuliskan kode panel secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar.
- c. Pilih metode pemeriksaan, nama reagen (sesuai no urut pada evaluasi reagen 2021), isi nomor lot/batch dan tanggal kadaluarsa dari reagen yang digunakan sesuai yang tertera pada kotak/dos reagen tersebut.
- d. Pilih hasil pemeriksaan pada kolom interpretasi hasil yang sudah disediakan. sesuai
 - Untuk metode ICT (Immuno cromathography Test) atau Rapid, masukkan intepretasi hasil pada kolom yang sudah disediakan.
 - Untuk metode EIA / setara masukan nilai ; TV, cutoff dan interpretasi hasil pada kolom yang sudah disediakan
- e. Tuliskan : nama petugas yang melakukan pemeriksaan dan kualifikasi pendidikan pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium
- f. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol "**simpan**" lalu klik "**unduh**" untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- g. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik "**simpan perbaikan**" lalu klik "**unduh**" sebelum klik tombol "Kirim".
- h. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- i. Klik Tombol "**irim**" untuk mengirim isian peserta, lalu klik "**unduh**" kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

7. EVALUASI

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.

Meliputi 2 aspek yaitu ketepatan hasil pemeriksaan dan kesesuaian strategi 3 pemeriksaan diagnostik Anti HIV.

8. PENANGANAN SISA BAHAN UJI

Sisa bahan uji tidak perlu dikembalikan ke penyelenggara dan merupakan limbah infeksius. Pengelolaan dilakukan sesuai standar penanganan limbah infeksius.

9. BANDING HASIL

Peserta dapat melakukan banding hasil dengan mengkonfirmasi serta mengisi formulir banding yang dikirimkan oleh Admin PME. Formulir banding hasil yang telah diisi dan ditandatangani oleh penanggung jawab laboratorium peserta dikirimkan kembali ke penyelenggara uji profisiensi (dalam bentuk file PDF) melalui email pemantapan.mutu.bimtek@gmail.com atau WA Admin PME (0896-8340-2252). Banding hasil hanya dapat diajukan dalam 14 hari sejak tanggal hasil evaluasi dikeluarkan. Penjelasan hasil evaluasi banding hasil diberitahukan paling lambat 14 hari setelah banding peserta diterima.

Banding hasil dapat dilakukan apabila dari hasil pengujian banding hasil peserta, menunjukkan tidak ada kontaminasi dengan cara pengujian dilakukan juga terhadap bahan uji yang menjadi bank bahan uji yang dimiliki penyelenggara.

Peserta harap mengirimkan foto hasil pemeriksaan yang dibanding dan mengembalikan slide/bahan uji dimaksud yang telah dikemas dengan baik dengan biaya pengiriman ditanggung oleh peserta yang mengajukan banding.

10. KERAHASIAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

11. FEED BACK

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan hanya disampaikan ke unit saudara,
- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam melaksanakan PME ini dapat menghubungi:
 - Joko Miharto : HP. 081367311525
 - Rahmi Widiyawati : HP. 08127349068

Palembang, Januari 2023
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.