

Nomor : FR.03.01/E.V/0269/2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Daftar Hasil Uji Validitas Reagen HIV

20 Februari 2026

Yth. Direktur Penyakit Menular
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta 12950
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Penyakit Menular Nomor PM.02.02/C.III/449/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Permohonan Daftar Hasil Uji Validitas Reagen HIV, bersama ini kami informasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 143: bahwa:
 - a. Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.
2. PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 414 bahwa "Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
3. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, telah memiliki sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi alat kesehatan dan PKRT yang memiliki izin edar. Sistem informasi tersebut dapat diakses melalui website <http://infoalkes.kemkes.go.id>.

4. Terlampir data distributor alat kesehatan tes HIV per tanggal 10 Februari 2026 dengan Nomor ijin edar produk yang masih berlaku berikut hasil uji validitasnya dan informasi pada *instruction for use (IFU)*.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan



Dede Mulyadi, SKM., M.Kes., CRMP

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran
Nomor : FR.03.01/E.V/0269/2025
Tanggal : 20 Februari 2026

**DATA DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN TES HIV
PER 10 FEBRUARI 2026**

1. Reagen HIV Dalam Negeri

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama Produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji dan Tanggal Hasil Uji
1	AKD 30305420306	2/7/2029	VIRTUEDX CS HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit	PT VIRTUE DIAGNOSTICS INDONESIA	PT VIRTUE DIAGNOSTICS INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi Juli - Desember 2024
2	AKD 30303520784	11/19/2026	VIRTUEDX CP HIV Combo Reagent Kit	PT VIRTUE DIAGNOSTICS INDONESIA	PT VIRTUE DIAGNOSTICS INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi Juni - Agustus 2025

2. Rapid Test HIV Dalam Negeri

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
1	AKD 30305120300	14/09/2026	INDEC® HIV 1/2 & Syphilis Combo	PT INDEC DIAGNOSTICS	PT INDEC DIAGNOSTICS	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RS Persahabatan, 10 November 2022
2	AKD 30305810065	1/12/2027	VIROCHECK® HIV 1/2	PT INDEC DIAGNOSTICS	PT INDEC DIAGNOSTICS	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 15 Maret 2024
3	AKD 30305321167	28/10/2029	BPRO HIV/Syphilis Combo	PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE	PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99,68%	RSCM, 31 Januari 2023
4	AKD 30305710380	29/06/2027	UJI HIV	PT PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	PT PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,33% Spesifisitas: 98,86%	RSCM, 21 Desember 2016

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
5	AKD 30305320844	30/04/2029	UJI HIV-Sifilis Duo	PT PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	PT PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 98,72%	RSCM, 21 Desember 2022
6	AKD 30305520134	26/02/2029	QUALITY ACCESSÂ® HIV Test Cassette (Whole Blood /Serum/Plasma)	PT BUANA MITRA SUKSES	PT PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,33% Spesifisitas: 98,86%	RSCM, 21 Desember 2016
7	AKD 30305321026	22/08/2028	BIOQUICK HIV/Syphilis Duo	PT ONE-JECT INDONESIA	PT ONE-JECT INDONESIA	Sensitivitas: 96% Spesifisitas: 100%	BBLK Jakarta, 26 Juni 2023
8	AKD 30305321016	16/08/2028	BIOQUICK Â® HIV 1/2 3.0	PT ONE-JECT INDONESIA	PT ONE-JECT INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	BBLK Jakarta, 26 Juni 2023
9	AKD 30305420152	5/10/2027	JB MED HIV Antibody	PT ONCOPROBE UTAMA	PT PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,33% Spesifisitas: 98,86%	RSCM, 21 Desember 2016
10	AKD 30305520093	8/8/2029	ONCOPROBE HIV Antibody Rapid Test	PT ONCOPROBE UTAMA	PT GENBODY INDONESIA SEHAT	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, 7 September 2023
11	AKD 30305121015	20/05/2026	ENTEBE Anti HIV Cassette	PT HEPATIKA MATARAM	PT HEPATIKA MATARAM	Sensitivitas: 98,68% Spesifisitas: 98,86%	Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (NTB), 14 Juli 2020
12	AKD 30305510106	4/12/2029	ENTEBE Anti-HIV Strip	PT HEPATIKA MATARAM	PT HEPATIKA MATARAM	Sensitivitas: 98,03% Spesifisitas: 98,30%	RSCM, 31 Augustus 2003
13	AKD 30305420250	1/8/2027	BIOCARE HIV 1+2 Antibody Rapid Test Device	PT BIOCARE SEJAHTERA	PT PROVITAL PERDANA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99,36%.	RSCM, 10 Januari 2024
14	AKD 30305520159	1/8/2027	BIOCARE Combo 3 (HIV, SYP, HBsAg) Rapid Test Device	PT BIOCARE SEJAHTERA	PT PROVITAL PERDANA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99,36%.	RSCM, 10 Januari 2024
15	AKD 30305320988	24/05/2028	MEDLAB Rapid Test Anti Body HIV 1/2 Triline	PT GRAHA MEGATAMA INDONESIA	PT INSIGHT MEDICA FAME	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 22 Juni 2023

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
16	AKD 30305420089	6/3/2029	GB Rapid HIV 1/2	PT GENBODY INDONESIA SEHAT	PT GENBODY INDONESIA SEHAT	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, 7 September 2023
17	AKD 30305420219	15/05/2029	GB Rapid HIV/Syphilis Combo	GENBODY INDONESIA SEHAT	PT GENBODY INDONESIA SEHAT	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, 22 Maret 2024
18	AKD 30305321020	5/8/2029	IMOQ Rapid Test Combo HIV/Sifilis	PT INSIGHT MEDICA FAME	PT INSIGHT MEDICA FAME	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 22 Juni 2023
19	AKD 30305321034	5/8/2029	IMOQ Rapid Test Ab HIV 1/2 Triline	PT INSIGHT MEDICA FAME	PT INSIGHT MEDICA FAME	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 22 Juni 2023
20	AKD 30305321132	31/07/2029	EVERLIFE HIV & Syphilis Combo Antibody Rapid Test	PT SANSICO NATURA RESOURCES	PT MERAH PUTIH MANUFAKTURA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 21 Desember 2022
21	AKD 30305420023	22/04/2027	EVERLIFE HIV 1/2 Antibody Rapid Test (3 Lines)	PT SANSICO NATURA RESOURCES	PT MERAH PUTIH MANUFAKTURA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 3 Maret 2023
22	AKD 30305320786	20/04/2027	D3TEKS1 HIV & Syphilis Combo Antibody Rapid Test	PT SANSICO NATURA RESOURCES	PT MERAH PUTIH MANUFAKTURA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 21 Desember 2022
23	AKD 30305420405	6/8/2027	D3TEKS1 ® HIV 1/2 Antibody Rapid Test (3 Lines)	PT SANSICO NATURA RESOURCES	PT MERAH PUTIH MANUFAKTURA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 3 Maret 2023
24	AKD 30305321039	27/08/2028	MKCELLS HIV -1/2 Antibody Rapid Test	INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
25	AKD 30305321079	14/09/2028	G-SCIENTIFIC HIV -1/2 Antibody Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
26	AKD 30305321164	16/10/2028	IS HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
27	AKD 30305321186	24/10/2028	IS HIV Ab 3-Line Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023
28	AKD 30305321272	7/12/2028	IS HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
29	AKD 30305420094	8/3/2029	G-SCIENTIFIC HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
30	AKD 30305420090	6/3/2029	G-SCIENTIFIC HIV Ab 3-Line Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023
31	AKD 30305420142	31/03/2029	MEDICHECK HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
32	AKD 30305420151	1/4/2029	MEDICHECK HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
33	AKD 30305420143	31/03/2029	MEDICHECK HIV Ab 3-Line Rapid Test	INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023
34	AKD 30305320802	26/03/2029	IS HIV-1/2 Antibody Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
35	AKD 30305320885	6/6/2029	DIAGNOSE HIV -1/2 Antibody Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
36	AKD 30305320893	6/6/2029	MEDICHECK HIV -1/2 Antibody Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
37	AKD 30305420403	5/9/2029	DIAGNOSE HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
38	AKD 30305420404	5/9/2029	DIAGNOSE HIV Ab 3-Line Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023
39	AKD 30305420395	1/9/2029	MKCELLS HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
40	AKD 30305420408	8/9/2029	MKCELLS HIV Ab 3-Line Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023
41	AKD 30305520221	23/03/2030	DIAGNOSE HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
42	AKD 30305320777	19/03/2028	I-Test HIV 1.2 & Syphilis Combo Rapid Test	PT TAISHAN ALKES INDONESIA	PT TAISHAN ALKES INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 18 November 2022

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
43	AKD 30305129279	14/09/2027	FASTCLEAR Q HIV 1/2 Ab 3-Line	PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 99,34%	RSCM, 4 Oktober 2021
44	AKD 30305220481	18/10/2027	FASTCLEAR Q HIV/Syphilis Combo	PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99,68%	RSCM, 17 Desember 2024
45	AKD 30305420489	15/05/2027	TAMATECH HIV-1/2 Antibody Rapid Test	PT MULTI NIAGA MITRATAMA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
46	AKD 30305520117	15/05/2027	TAMATECH HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT MULTI NIAGA MITRATAMA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
47	AKD 30305321187	29/09/2029	EMTECH HIV 1/2 / Syphilis Combo	PT ELVINCO MED TECH	PT ELVINCO MED TECH	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 7 Agustus 2023
48	AKD 30305321215	7/10/2029	EMTECH HIV 1/2 Ab	PT ELVINCO MED TECH	PT ELVINCO MED TECH	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 29 Agustus 2023
49	AKD 30305420468	3/10/2029	ONE DIAGNOSTIC HIV 1/2 Ab Rapid Test	PT RAPID INTI INDONESIA	PT RAPID INTI INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 3 Juni 2024
50	AKD 30305520200	19/03/2030	RAPINDO HIV Screen Rapid Test Device	PT TULIP DIAGNOSTICS INDONESIA	PT TULIP DIAGNOSTICS INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	BBLK Jakarta, 28 Oktober 2024
51	AKD 30305520086	9/2/2030	GENOTEST Rapid Test HIV 1.2/Syphilis Combo	PT MUGI BERKAH BIOTEKNOLOGI	PT MUGI BERKAH BIOTEKNOLOGI	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika, Universitas Padjadjaran, 10 Januari 2025
52	AKD 30305520198	20/12/2027	INDOCHECK HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT ARKAN JAYA NUSANTARA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
53	AKD 30305520236	20/12/2027	INDOCHECK HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT ARKAN JAYA NUSANTARA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
54	AKD 30305520237	20/12/2027	INDOCHECK HIV Ab 3-Line Rapid Test	PT ARKAN JAYA NUSANTARA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
55	AKD 30305520199	18/11/2029	CHRONACARE Rapid Test Anti Body HIV 1/2	PT BUANA INTIPRIMA USAHA	PT INSIGHT MEDICA FAME	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 7 Agustus 2023
56	AKD 30305321184	11/11/2027	GENOMIC HIV -1/2 Antibody Rapid Test	PT SETIA ANDALAN SUKSES	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
57	AKD 30305420018	11/11/2027	GENOMIC HIV Ab 3-Line Rapid Test	PT SETIA ANDALAN SUKSES	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 2 Agustus 2023
58	AKD 30305220499	25/10/2027	KIFATEST HIV 1/2 3.0 MD/25T	KIMIA FARMA Tbk	PT KIMIA FARMA TBK	Sensitivitas: 90,77% Spesifisitas: 99,36%	RSCM, 4 Oktober 2021
59	AKD 30305420466	1/10/2029	ARKAN MEDICAL ONE STEP Anti-HIV (1/2) Rapid Test (Colloidal Gold)	PT ARKANINDOPLAST UTAMA	PT ARKANINDOPLAST UTAMA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 28 Maret 2023
60	AKD 30305520087	9/2/2030	ARKAN MEDICAL ONE STEP Anti-HIV (1/2) & Syphilis Test Combo (Colloidal Gold)	PT ARKANINDOPLAST UTAMA	PT ARKANINDOPLAST UTAMA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 28 Maret 2023
61	AKD 30305520255	13/04/2030	INOSPEED HIV 1.2/Syphilis	PT MERTA AMALION	PT MERTA AMALION	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99,04%	RSCM, 15 Maret 2025
62	AKD 30305520259	20/12/2027	INDOCHECK HIV-1/2 Antibody Rapid Test	PT ARKAN JAYA NUSANTARA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
63	AKD 30305520278	27/04/2030	GENOMIC HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
64	AKD 30305520279	28/04/2030	G-SCIENTIFIC HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
65	AKD 30305520280	28/04/2030	GENOMIC HIV Duo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
66	AKD 30305520284	18/11/2029	NAM Medical HIV 1/2 Ab Rapid Test	PT MULAWARMAN KESADA MEDICALINDO	PT RAPID INTI INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 3 Juni 2024
67	AKD 30305520342	1/6/2030	MKCELLS HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023
68	AKD 30305520345	19/12/2026	DR.PLUS HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test	PT MEDISINDO BAHANA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
69	AKD 30305520535	7/8/2030	FASTCLEAR Q HIV/Syp/HBsAg Triple	PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	PT STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	BB Binomika, 11 April 2025
70	AKD 30305520600	28/08/2030	FOKUS HIV 1/2 3 Cassette	PT FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA	PT FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 21 Desember 2022
71	AKD 30303520765	11/12/2030	ONE DIAGNOSTIC HIV/Syphilis Combo Rapid Test	PT RAPID INTI INDONESIA	PT RAPID INTI INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 3 Juni 2024
72	AKD 30303520883	10/14/2030	STARDEV - HIV 1/2 Ab	PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA	PT ELVINCO MED TECH	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 29 Agustus 2023
73	AKD 30303520884	10/14/2030	STARDEV - HIV 1/2 Ab / Syphilis Combo	PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA	PT ELVINCO MED TECH	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 7 Agustus 2023
74	AKD 30303520888	8/20/2030	D3TEKS1 HIV & Syphilis Combo 2 in 1 Rapid Test	PT SANSICO NATURA RESOURCES	PT MERAH PUTIH MANUFAKTURA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 3 Maret 2023
75	AKD 30303520891	12/22/2030	SMART G HIV I&II/Syphilis Combo Test Card	PT SOLUSI MEDIKAL APARATUS REGIONAL TEKNIKAL GLOBAL INDONESIA	PT SOLUSI MEDIKAL APARATUS REGIONAL TEKNIKAL GLOBAL INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 98,7%	BBLK Jakarta, 5 Juni 2024
76	AKD 30303520899	12/23/2030	SMART G HIV I & II Test Card	PT SOLUSI MEDIKAL APARATUS REGIONAL TEKNIKAL GLOBAL INDONESIA	PT SOLUSI MEDIKAL APARATUS REGIONAL TEKNIKAL GLOBAL INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	BBLK Jakarta, 14 Juni 2024
77	AKD 30303620021	10/27/2030	DIWAMED Rapid Test Combo HIV/Sifilis	PT DIWA PRABA ANTARNUSA	PT INSIGHT MEDICA FAME	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 22 Juni 2023
78	AKD 30303620040	10/1/2028	VITROGEN HIV-1/2 Antibody Rapid Test Single Buffer	PT KRISNA MEDIKA FARMA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
79	AKD 30303620082	10/1/2028	VITROGEN HIV 1/2 Combo (HIV + Syphilis) Rapid Test Single Buffer	PT KRISNA MEDIKA FARMA	PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 26 Mei 2023

3. Reagen HIV Impor

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
1	AKL 30305813873	01/10/2029	ALINITY i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit	PT. ABBOTT PRODUCTS INDONESIA	ABBOTT GMBH	Sensitivitas: 99.24% Spesifisitas: 96.13%	RSCM, 6 Juli 2022
2	AKL 30305214126	01/09/2029	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit	PT. ABBOTT PRODUCTS INDONESIA	ABBOTT GmbH	Sensitivitas: 99.24% Spesifisitas: 96.13%	RSCM, 7 Juli 2022
4	AKL 30305420608	8/13/2029	BIO-RAD Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab	PT. ANDAMAN MEDICAL INDONESIA	BIO-RAD (STEENVOORDE)	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 97,44%	RSCM, 29 November 2023
5	AKL 30305420575	8/13/2029	Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay	PT. ANDAMAN MEDICAL INDONESIA	BIO-RAD	Sensitivitas: - Spesifisitas: 99,68%	RSCM, 3 Juni 2024
6	AKL 30305320722	7/19/2027	INNO-LIA HIV I/II Score	PT. ANDAMAN MEDICAL INDONESIA	FUJIREBIO EUROPE N.V.	Sensitivitas: - Spesifisitas: 100%	RSCM, 18 November 2022
7	AKL 30305420658	10/23/2028	RealBest HBV/HCV/HIV PCR	PT. BIOCARE SEJAHTERA	AO VECTOR-BEST	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RS Sardjito, 23 Oktober 2024
8	AKL 30305520057	9/30/2028	Aptima® HIV-1 Quant Dx Assay	PT. BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA	HOLOGIC, INC	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	UNPAD, 24 April 2024
9	AKL 30305420626	9/27/2027	LIAISON® XL Murex HIV Ab/Ag HT	PT. BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA	DIASORIN ITALIA S.P.A	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 94,25%	RSCM, 15 Maret 2024
10	AKL 30305220599	5/19/2026	LIAISON[register] XL Murex HIV Ab/Ag	PT. BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA	DIASORIN ITALIA S.P.A.	Sensitivitas: 97.69% Spesifisitas: 95.19%	RSCM, 4 Oktober 2021
11	AKL 30305220419	9/27/2027	MUREX HIV Ag/Ab Combination	PT. BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA	DIASORIN ITALIA S.P.A UK BRANCH	Sensitivitas: 99.23% Spesifisitas: 90.06%	RSCM, 4 Oktober 2021
12	AKL 30305420434	05/08/2027	AccuPower® HIV-1 Quantitative RT - PCR Kit	PT. BIONEER INDIKA DIAGNOSTIK	BIONEER CORPORATION	Sensitivitas: 99.15% Spesifisitas: 96.25% Akurasi : 98,10%	RSK Dharmais, 28 Agustus 2024
13	AKL 30305321205	3/28/2029	Access HIV combo V2	PT. DHH TRADING INDONESIA	BIO-RAD	Sensitivitas : 99.24% Spesifisitas : 97.12%	RSCM, 2 Agustus 2023
14	AKL 30305113470	12/31/2026	MP Diagnostics HIV BLOT 2.2 Western Blot Assay	PT. DIASTIKA BIOTEKINDO	MP BIOMEDICALS ASIA PACIFIC PTE., LTD.	Masukin kata2 dari rscm	RSCM, 5 Maret 2010

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
15	AKL 30305520089	11/17/2028	DIRUI HIV Ag + Ab (CLIA)	PT. DIRUI MEDICAL INDONESIA	DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.	Sensitivitas : 99.24% Spesifisitas : 98.08%	RSCM, 3 Oktober 2024
16	AKL 30305600643	12/31/2028	VIDAS[register] HIV DUO Ultra (HIV5)	PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA	BIOMERIEUX SA.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99.04%	RSCM, 3 Juni 2024
17	AKL 30305321219	11/23/2027	VIRDICT 4 DEVICE	PT. GRAVIA CITRA LESTARI	QUALPRO DIAGNOSTICS A DIVISION OF TULIP DIAGNOSTICS	Sensitivitas: 99.24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 4 Juli 2023
18	AKL 30305321049	5/17/2026	MACCURA HIV Ag/Ab (CLIA)	PT. HARSEN LABORATORIES	MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	Sensitivitas : 99.22% Spesifisitas : 98.72%	RSCM, 26 Mei 2023
19	AKL 30305321006	12/31/2027	Xpert HIV-1 Qual XC	PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	CEPHEID AB	Sensitivitas: 100% Spesifisitas : 97.14%	RS Kanker Dharmais, 8 April 2025
20	AKL 30305813603	9/19/2027	PROCLEIX Ultrio Elite Assay Kit	PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.	Sensitivitas: ~97–100% (tergantung spesimen) Spesifisitas : ~98–99% (tergantung spesimen)	Instruction for Use
21	AKL 30305420275	04/02/2028	PROCLEIX UltrioPlex E Assay	PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC	Sensitivitas: ±100% Spesifisitas : ±97–99%	Instruction for Use
22	AKL 30305220224	11/05/2029	Elecsys HIV Duo cobas e analyzers	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH	Sensitivitas: 98.46% Spesifisitas: 97.12%	RSCM, 11 Maret 2022
23	AKL 30305220590	10/23/2029	COBAS Elecsys HIV Combi PT Elecsys and Cobas e Analyzers	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH	Sensitivitas: 99.23% Spesifisitas: 99.04%	RSCM, 3 Oktober 2022
24	AKL 30305917680	2/21/2028	ELECSYS HIV Duo cobas e analyzers	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH.	Sensitivitas: 99,24% Spesifisitas: 98,40%	RSCM, 4 Juli 2023
25	AKL 30305420536	04/01/2029	COBAS[register] MPX	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	Jurnal terpublikasi
26	AKL 30305220507	4/28/2027	COBAS MPX - 480	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.	Sensitivitas: 99.9% Spesifisitas: 99.95%	Instruction for Use
27	AKL 30305220111	12/15/2026	Cobas HIV-1/HIV-2 Qualitative	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	Jurnal Terpublikasi

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
28	AKL 30305811059	5/17/2027	COBAS MPX Multiplex HIV, HCV & HBV nucleic acid test for use on the cobas 6800/8800 Systems	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE MOLECULAR SYSTEM, INC.	Sensitivitas: 100 % Spesifitas: 100 %	Jurnal terpublikasi
29	AKL 30305220168	12/15/2026	COBAS[register] HIV-1 Quantitative nucleic acid test	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.	Sensitivitas: - Spesifitas: 100 %	Instruction for Use
30	AKL 30305713142	4/15/2026	COBAS [register] HIV-1 Quantitative Nucleic Acid Test for Use on The cobas 4800 System (c4800 HIV-1 AMP/ DET)	PT. ROCHE INDONESIA	ROCHE MOLECULAR SYSTEMS.,INC	Sensitivitas: - Spesifitas: 100 %	Jurnal terpublikasi
31	AKL 30305320942	12/31/2026	ABBOTT RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit	PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA	ABBOTT MOLECULAR INC.,	Sensitivitas: 95.5% (DBS); 97.8% (plasma) Spesifitas: 100%	Instruction for Use
32	AKL 30305504659	6/28/2026	WANTAI Anti-HIV (1+2) ELISA Kit	PT. SUMIFIN CITRA ABADI	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.	Sensitivitas: 100 % Spesifitas: 94.89 %	RSCM, 5 October 2005
33	AKL 30305516634	1/16/2028	SYSMEX HISCL HIV Ag+Ab Assay Kit	PT. SYSMEX INDONESIA	SYSMEX CORPORATION, SEISHIN FACTORY.	Sensitivitas: 99.22% Spesifitas: 100%	RSCM, 18 November 2022
34	AKL 30305918579	4/16/2026	OraQuick Rapid HIV-1/2 Antibody Test	PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	PACIFIC BIOTECH CO., LTD	Sensitivitas: 94.52% Spesifitas : 99.43%	RSCM, 30 Januari 2029
35	AKL 30305814261	09/06/2027	PROCLEIX Ultrio Elite Assay Discriminatory Probe Reagents	PT. MEDQUEST JAYA GLOBAL	GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.	-	-

4. Rapid Test HIV Impor

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
1	AKL 30305220211	1/18/2028	AIM HIV 1/2 Tripleline Rapid Test	PT. AKURAT INTAN MADYA	XIAMEN BOSON BIOTECH CO, LTD	Sensitivitas: 100% Spesifitas: 100%	RSCM, 17 Desember 2024

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
2	AKL 30305715499	06/04/2027	ABON[tradermark] HIV 1/2/O Tri-Line Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma)	PT. ALERE HEALTH	ABON BIOPHARM (HANGZHOU) CO., LTD.	Sensitivitas : 100% Spesifisitas : 98.86%	RSCM, 21 Desember 2016
3	AKL 30305320915	06/04/2027	BIOLINE HIV/Syphilis Duo	PT. ALERE HEALTH	ABBOTT DIAGNOSTICS KOREA, INC	Sensitivitas: 99.24% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 January 2023
4	AKL 30305515934	06/04/2027	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	PT. ALERE HEALTH	STANDARD DIAGNOSTICS, INC.	Sensitivitas : 95.38% Spesifisitas: 99.68%	RSCM, 20 April 2022
5	AKL 30305610110	06/04/2027	ALERE[tradermark] HIV Combo	PT. ALERE HEALTH	ALERE MEDICAL CO., LTD.	Sensitivitas : 96.15% Spesifisitas: 100%	RSCM, 6 Juli 2022
6	AKL 30305917662	1/31/2029	HEALGEN HIV 1/2 Human Immunodefficiency Virus Rapid Test	PT. BINTANG MONO INDONESIA	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas: 98.64% Spesifisitas: 99.43%	RSCM, 13 Agustus 2019
7	AKL 30305917661	11/23/2027	ORIENT GENE HIV 1/2 One Step Rapid Test Cassette	PT. BINTANG MONO INDONESIA	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 13 Agustus 2019
8	AKL 30305124662	01/05/2030	BIOCARE[register] Combo 4 (HBsAg, HCV, HIV, Syphilis) Rapid Test Device	PT. BIOCARE SEJAHTERA	ASSURE TECH (HANGZHOU) CO., LTD.	BB Binomika Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100% RSUP Persahabatan HbsAg: Sensitivitas 97%, Spesitifitas 100% Sifilis: Sensitivitas 99%, Spesitifitas 100% HIV: Sensitivitas 100%, Spesitifitas 100%	BB Binomika, 14 Agustus 2025 RSUP Persahabatan, 1 Feb 2023
9	AKL 30305815196	8/27/2026	RAPIDAN TESTER Anti-HIV 1/2 Test (WB/S/P)	PT. CAKRA MEDIKA UTAMA	TURKLAB TIBBI MALZEMELER SAN, TIC. A.S.	Sensitivitas: 100 % Spesifitas: 100 %	RSCM, 3 November 2017

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
10	AKL 30305220581	11/30/2027	ONE STEP Cassette Style Anti HIV 1+2 Rapid Screen Test (Whole Blood)	PT. DANPAC PHARMA	NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	Sensitivitas : 96.15% Spesifisitas: 100%	RSCM, 6 Juli 2022
11	AKL 30305815341	09/08/2026	WONDFO One Step HIV 1/2 Whole Blood/Serum/Plasma Test Cassette (2 lines)	PT. EXXEL UTAMA	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas: 99.32 % Spesifitas: 100 %	RSCM, 2 Mei 2018
12	AKL 30305815193	09/08/2026	WONDFO One Step HIV 1/2 Whole Blood/Serum/Plasma Test Strip (2 lines)	PT. EXXEL UTAMA	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas: 100 % Spesifitas: 98.85 %	RSCM, 2 Mei 2018
13	AKL 30305320801	10/11/2027	JUSCHECK[register] HIV 1.2 Rapid Test Cassette	PT. LANIROS DIAN PHARMA	ACRO BIOTECH INC.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 18 November 2022
14	AKL 30305513360	10/23/2027	RIGHTSIGN [register] HIV 1.2.O Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)	PT. MACROCITRA ARDANASEJATI	HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas : 100% Spesifisitas: 99.43%	RSCM, 15 Agustus 2019
15	AKL 30305220501	5/30/2029	ACON HIV 1/2/O Rapid Test Cassette (Serum/Plasma/Whole Blood)	PT. MITRA BAHAGIA CITRA MEDIKA	ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD.	Sensitivitas: 98.46 % Spesifitas: 99.68 %	RSCM, 6 Juli 2022
16	AKL 30305520101	4/17/2029	ADVANCED QUALITY One Step Anti- HIV (1&2) Test Card (WholeBlood/ Serum/Plasma)	PT. MITRASAMAYA SEJATI	INTEC PRODUCTS., INC CHINA	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99.04%	RSCM, 28 Oktober 2024
17	AKL 30305520082	4/17/2029	ADVANCED QUALITY One Step Anti-HIV (1&2) Test Strip (WholeBlood/Serum/Plasma)	PT. MITRASAMAYA SEJATI	INTEC PRODUCT., INC	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99.04%	RSCM, 28 Oktober 2024
18	AKL 30305111261	4/17/2029	ADVANCED QUALITY One Step Anti-HIV (1&2) Tri-Line Test Card	PT. MITRASAMAYA SEJATI	INTEC PRODUCTS INC.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99,43%	RSCM, 29 Januari 2019
19	AKL 30305801809	4/17/2029	ADVANCED QUALITY Rapid HIV Test Card (Serum/Plasma/Whole Blood)	PT. MITRASAMAYA SEJATI	INTEC PRODUCTS INC.	Sensitivitas: 98.47% Spesifisitas: 99.36%	RSCM, 4 Oktober 2022
20	AKL 30305805361	4/17/2029	ADVANCED QUALITY[register] Rapid Anti-HIV (1 & 2) Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma)	PT. MITRASAMAYA SEJATI	INTEC PRODUCTS INC.,P.R.	Sensitivitas: 98.47% Spesifisitas: 99.36%	RSCM, 4 Oktober 2022

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
21	AKL 30305420247	1/24/2029	EZITELL HIV 1. 2 Rapid Test Cassette	PT. ONCOPROBE UTAMA	HANGZHOU ALL TEST BIOTECH CO., LTD	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 18 Oktober 2023
22	AKL 30305320851	8/25/2026	OnSite HIV 1/2 Ab Plus Combo Rapid Test	PT. RAJAERBA INDOCHEM	CTK BIOTECH, INC.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99.68%	RSCM, 21 Desember 2022
23	AKL 30305023057	06/01/2028	EGENS One Step Test Device HIV (1+2) Serum/Plasma Test Cassette	PT. SARANA KARYA MEDIKA	NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 27 Desember 2019
24	AKL 30305917113	5/22/2029	STANDARD [tradermark] Q HIV 1/2 Ab 3-Line	PT. STANDARD BIOSENSOR INDONESIA	SD BIOSENSOR INC.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 13 Agustus 2019
25	AKL 30305211864	11/08/2027	HUMAN Hexagon HIV	PT. SALI POLAPA BERSAMA	HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 28 Maret 2023
26	AKL 30305320812	1/15/2029	Determine [tradermark] HIV 1/2	PT. ALERE HEALTH	ABBOTT DIAGNOSTICS MEDICAL CO., LTD	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 31 Januari 2023
27	AKL 30305320775	06/04/2027	DETERMINE[tradermark] HIV Early Detect	PT. ALERE HEALTH	ABBOTT DIAGNOSTICS MEDICAL CO., LTD	Sensitivitas: 98.47% Spesifisitas: 99.68%	RSCM, 21 Desember 2022
28	AKL 30305320708	06/04/2027	BIOLINE HIV 1/2 3.0	PT. ALERE HEALTH	ABBOTT DIAGNOSTICS KOREA INC	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 18 November 2022
29	AKL 30305520657	9/23/2028	D.TEST HIV 1.2 Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)	PT. DIAN ARTHA MANGGALA	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH, CO., LTD.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital, 10 April 2025
30	AKL 30305520556	2/13/2030	ALLCHEK[tradermark] HIV 1.2 Rapid Test Cassette - (WB/S/P)	PT. SAMUDERA INTI MEDISINDO	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD	Sensitivitas: 192.37 % Spesifisitas: 98.72%	RSCM, 21 Juli 2025
31	AKL 30305520462	7/18/2028	DALF ALL HIV 1,2 Drop Test	PT. JAFAREL MEDIATICS	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99.04%	RSCM, 10 April 2025
32	AKL 30305520647	09/04/2029	WONDFO One Step HIV-HCV-HBsAg-Syphilis Combo Whole Blood/Plasma/Serum Test	PT. EXXEL UTAMA	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 99.67%	RSCM, 8 Juli 2025

No	Nomor Izin Edar	Tgl Exp	Nama produk	Pendaftar	Produsen	Nilai Validitas	Laboratorium Uji
33	AKL 30305520458	01/10/2029	BERIGHT HIV 1.2 Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)	PT. RAJAERBA INDOCHEM	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	BB Binomika Kemenkes, 14 Mei 2025
34	AKL 30305520386	12/30/2030	STANDARD Q HIV/Syphilis Combo Test	PT. STANDARD BIOSENSOR INDONESIA	SD BIOSENSOR HEALTHCARE PVT. LTD.	Sensitivitas : 100% Spesifisitas : 99,68%	RSCM, 18 November 2022
35	AKL 30305520428	12/02/2029	HIGHTOP HIV 1/2 Rapid Test Kit	PT. ANUGERAH TETAP MAKMUR	QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO., LTD.	Sensitivitas: 100% Spesifisitas: 100%	RSCM, 28 Oktober 2024
36	AKL 30305717662	06/04/2027	ALERE Determine HIV-1/2	PT. ALERE HEALTH	ALERE MEDICAL CO., LTD.	Sensitivitas : 98.66% Spesifisitas: 100%	RSCM, 5 Juli 2017

Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan



Dede Mulyadi, SKM., M.Kes., CRMP